

Урмаев Н.З.
23.11.23



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 13-11.1-4.9.6-1650

Наименование Расходомер массовый Sekee MASS

Организация-изготовитель ООО ТД "Технодар"

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

04.09.06

Техническая документация согласована

«Расходомер массовый Sekee MASS. Технические условия ТУ 26.51.52-004-81895823-2022» согласованная письмом СЗФ-22.11-2544 от 17.11.2023г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Изделия предназначены для измерения массового расхода, плотности, температуры, вычисления объемного расхода жидкостей и газов

Настоящее Свидетельство действительно с

23.11.2023

до

16.11.2029

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Директор Северо-Западного филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

23.11.2023

(дата выдачи)



13.23.006.618816

Технические показатели

Тип	T	U	V
Диаметр условного прохода, мм	от 5 до 80	от 5 до 250	от 5 до 80
Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч	от 13,5 до 180000	от 13,5 до 1800000	от 13,5 до 180000
Диапазон измерений массового расхода газа, кг/ч	от 13,5 до 180000	от 13,5 до 1800000	от 13,5 до 180000

Диапазон измерений плотности измеряемой среды, кг/м³ — от 650 до 2000;

Максимальное давление измеряемой среды, МПа — 25;

Температура измеряемой среды, °C - от -70 до +350;

Питание:

- напряжение постоянного тока, В - от 21 до 30;

- напряжение переменного тока, В - от 210 до 245 (50Гц);

Потребляемая мощность, Вт не более - 20.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.